

Wykonawcy:

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę analizatora komórek z wyposażeniem – TA/ZP-16/2010

WYJAŚNIENIA

W związku z nadesłanymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora komórek z wyposażeniem, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie poniższych analiz:

- apoptoza (dostępne metody: *annexin V, multi-caspase, DNA fragmentation, mitochondrial potential, cel vitality*),
- cykl komórkowy,
- transfekcja GFP,
- ocean żywotności,
- ilość komórek martwych, żywych, total?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia wykorzystującego bardziej zaawansowane i bezpieczne dla stanu komórek barwniki, jak:

- JC-1, DAPI (*mitochondrial potential*),
- DAPI, acridin orange lub PI (*żywotność, martwe, total*),
- DAPI (*DNA fragmentation*),
- VitaBright-48 (*vitality, GFP transfekcja*)?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zaakceptuje zakres pomiaru prób o gęstości: 10.000 – 10.000.000 komórek/ml?

Odp. Tak. Zamawiający akceptuje.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, które jako nośnik próbek wykorzystuje kasety lub slajdy, które następnie wkłada się do automatycznie wysuwanej z urządzenia szuflady?

Odp. Tak. Zamawiający akceptuje.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z-CA DYREKTORA
ds. Techniki i Wdrożeń


dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska