



Warszawa, dnia 06.02.2015 r.

TA/ZP-4/2015

Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przelotowego autoklawu z wyposażeniem

WYJAŚNIENIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1

Dotyczy wymaganych parametrów technicznych autoklawu punkt 1 i 2

Wnosimy o dopuszczenie autoklawu, o wymiarach zewnętrznych zgodnych z opisanymi w SIWZ oraz wewnętrznych wymiarach komory cylindrycznej: średnica 500 x głębokość 750 [mm].

Uzasadnienie: Parametry oferowanego przez nas urządzenia nieznacznie odbiegają od SIWZ i nie wpływają w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia oraz ergonomię pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane przez Wykonawcę wymiary wewnętrzne komory cylindrycznej, przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych określonych w SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy wymaganych parametrów technicznych autoklawu punkt 1 i 2

Wnosimy o dopuszczenie autoklawu, o wymiarach zgodnych z opisanymi w SIWZ oraz komorze prostopadłościennej o wewnętrznych wymiarach: szerokość 320 x wysokość 350 x głębokość 640 [mm].

Uzasadnienie: Komora prostopadłościenna zapewnia znacznie większą efektywność wykorzystania pojemności komory, co znacznie wpływa na komfort i wydajność pracy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SIWZ.

Pytanie 3

Czy pod pojęciem „drzwi autoklawu ryglowane automatycznie” zamawiający rozumie drzwi, które zostaną zaryglowane automatycznie po lekkim dociśnięciu łokciem lub ramieniem bez konieczności ich dotykania dłonią? Automatyczny system ryglowania bez potrzeby używania dłoni i ręcznego zakręcania jakichkolwiek mechanizmów jest zalecany ze względu na ryzyko, że dłoń operatora mogłaby pozostawić na powierzchni drzwi, dźwigni czy klamek niebezpieczne i niewidoczne zanieczyszczenia mikrobiologiczne?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza prawidłowe zrozumienie wymogu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.



Pytanie 4

Czy zamawiający wymaga aby wskazane w wymaganiach prace konserwacyjne (wymiana filtra i uszczelki) były możliwe do wykonania bez potrzeby rozkręcania obudowy lub otwierania drzwiczek czy pokryw serwisowych za którymi znajdują się także inne, często niebezpieczne podzespoły (np. obwody elektryczne, pompy, elektronika, wytwornica pary itp.? Otwieranie przestrzeni serwisowych za którymi znajdują się inne niż filtr czy uszczelka podzespoły powinno być zawsze powierzane osobom posiadającym wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisu autoklawów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wykonywanie podstawowych prac konserwacyjnych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5

Czy zamawiający wymaga aby instrukcję wymiany filtra i uszczelki dostarczyć wraz z ofertą jako załącznik?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia instrukcji wymiany filtra i uszczelki wraz z ofertą.

Pytanie 6

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie §1 o dodatkowy punkt, w którym zostaną określone zasady powiadamiania Wykonawcy o konieczności przesunięcia terminu realizacji zadania tak, aby Wykonawca mógł odpowiednio wcześniej przygotować się do przesunięcia terminu produkcji przedmiotu umowy lub w przypadku gdyby nie było to możliwe aby mógł odpowiednio przygotować się do magazynowania przedmiotu umowy? Proponujemy następującą treść takiego dodatkowego punktu: „§ 1 pkt 6. Zamawiający w razie konieczności przesunięcia terminu realizacji (opisanej w pkt. §1 ust. 4) zobowiązuje się poinformować o tym wykonawcę najpóźniej w ciągu 30 dni przed wcześniej uzgodnionym terminem realizacji.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie § 1 o dodatkowy punkt.