



Warszawa, dnia 21.05.2015 r.

TA/ZP-24/2015

Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę słuchawek pomiarowych i wzmacniacza

WYJAŚNIENIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiającemu chodzi tylko o zestaw przełączników ze sterowaniem, czy także sprzęgacze do monitorowania mocy podawanej i odbitej?

Odpowiedź: Wymagania dotyczące zestawu przełączników współosiowych podano w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ...”, wymagania L.p. 16 – ich funkcją ma być sterowanie i przełączanie sygnałów. Monitorowanie mocy podawanej i odbitej będzie realizowane przez urządzenia zewnętrzne w stosunku do wzmacniacza (w torach pomiarowych o impedancji znamionowej 50 ohm, z gniazdami typu N – wymaganie L.p. 6). Wzmacniacz powinien być wyposażony w sprzęgacz dwukierunkowy do monitorowania mocy podawanej i odbitej – co podano w L.p. 5 wymagań oraz w wyjaśnieniach dla Wykonawców z dnia 18.05.2015 r.

2. Czy sygnał z wyjścia wzmacniaczy Zamawiający chce wykorzystywać do obciążenia, które nie powoduje odbicia mocy. Czy jak w przypadku anteny czy G-TEM-u powstanie moc odbita? Jeśli tak to czy kontroler (zestaw przełączników) musi być przystosowany do pomiaru mocy odbitej od obciążenia aby w przypadku podłączenia anteny lub G-TEMa monitorować moc wypromieniowaną?

Odpowiedź: Wzmacniacz wykorzystywany będzie z obciążeniami typu komory TEM i GTEM. Monitorowanie mocy podawanej i odbitej będzie realizowane przez urządzenia zewnętrzne w stosunku do wzmacniacza (w torach pomiarowych o impedancji znamionowej 50 ohm, z gniazdami typu N – wymaganie L.p. 6).

3. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych zapisanych w § 4 ust. 2. Prosimy o następujące zmiany:

- **ust. 2a – w przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zamiast 30% wynagrodzenia brutto – 20%**
- **ust. 2b – w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy, zamiast 2% za każdy dzień – 0,2%**
- **ust. 2c – w przypadku opóźnienia w usunięciu wad, zamiast 1% - 0,1%**



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- ***Prosimy także, by łączna wysokość kar naliczonych Wykonawcy była ograniczona do 40% także w przypadku kar za opóźnienia w usuwaniu wad.***

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Z-ca DYREKTORA
ds. TECHNIKI I WDROŻEŃ

dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska
prof. nadzw. CIOP-PIB