

## Wykonawcy:

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wagi analitycznej z neutralizatorem ładunków elektrostatycznych – TA/ZP-3/2011*

### WYJAŚNIENIA

W związku z nadesłanymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wagi analitycznej z neutralizatorem ładunków elektrostatycznych, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

#### **Pytanie**

***Czy Zamawiający odstąpi od wymogu określonego w Załączniku nr 1, pkt 6?***

Odp. Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymagania techniczne określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, w pkt 6.

***Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie, aby na poświadczenie wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykazał realizację dostawy i montażu zaawansowanego technologicznie sprzętu (np. HPLC) o wartości wskazanej przez Zamawiającego.***

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis: „Doświadczenie zawodowe, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie zrealizował co najmniej jedną dostawę podobnej aparatury tj. wagi analitycznej z neutralizatorem ładunków elektrostatycznych, o wartości co najmniej 100 000 zł brutto wraz z jej uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności funkcjonowania i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi i przedstawić dokument potwierdzający, że zamówienie zostało wykonane należycie.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.