

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ZATWIERDZAM

Data 2012 roku

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę fabrycznie nowych: zestawu termooanemometrów - 30 szt.
oraz zestawu termooanemometrów z wyposażeniem**

Znak: NE/ZP-10/2012

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Tel. (22) 623-37-98, fax (22) 840-81-41

adres strony internetowej: www.ciop.pl – aktualności – zamówienia publiczne
wszczęte.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV – 38411000-9; 38412000-6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych: zestawu termoanemometrów - 30 szt. oraz zestawu termoanemometrów z wyposażeniem do badania rozptyłu powietrza wraz z ich uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności funkcjonowania oraz przeprowadzeniem instruktażu trzech pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie 12 (dwunastu) tygodni od daty podpisania umowy.

V. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

- 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1 ppkt 1) – 4) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp według wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
 - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru Załącznika nr 4 do SIWZ;
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego – wystawiony z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione od reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 2.1, które powinny być przedstawione w oryginale.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6. Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

Michał Hermanowski, tel. 22 623 37 98

IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem (w formie pisemnej lub drogą faksową) o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej (www.ciop.pl – aktualności – zamówienia publiczne wszczęte), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na stronie internetowej (www.ciop.pl – aktualności – zamówienia publiczne wszczęte).

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez

Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: **„tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”**.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
12. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
13. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru, jaki stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
14. Na ofertę składają się:
 - 1) formularz oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ;
 - 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 – Załącznik nr 3 do SIWZ;
 - 3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 – Załącznik nr 4 do SIWZ;
 - 4) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ;
 - 5) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 16, w pokoju nr 335, w terminie do dnia **11 czerwca 2012 r.** do godz. **10.00**. Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:

| | |
|--|---|
| <p><i>Nazwa (firma) wykonawcy</i> <i>Adres wykonawcy</i></p> | <p><i>Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa</i></p> |
| <p><i>„Oferta na dostawę fabrycznie nowych: zestawu termoanemometrów - 30 szt. oraz zestawu termoanemometrów z wyposażeniem”</i></p> | |
| <p><i>Nie otwierać przed dniem 11 czerwca 2012 r., godz. 10.30</i></p> | |

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czerniakowskiej 16, w Warszawie, w pokoju nr 326, w dniu **11 czerwca 2012 r.** o godz. **10.30**.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymagania, o których mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza oferty i podania w nim łączną cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.
3. Cena brutto za realizację całego zamówienia – zgodnie z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji i okresem trwania umowy, powinna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Oferty Wykonawców nie wykluczonych oraz oferty, które nie zostaną odrzucone, będą oceniane według kryterium cena – 100%.
2. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 100. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do poniżej zamieszczonego wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena oferowana minimalna brutto}}{\text{Cena badanej oferty brutto}} \times 100$$

3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmującą realizację całości zamówienia. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna ważna oferta.
3. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, lub odrzucenia oferty odwołującego.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych: zestawu termoanemometrów - 30 szt. oraz zestawu termoanemometrów z wyposażeniem do badania rozplywu powietrza o parametrach i cechach określonych poniżej wraz z ich uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności funkcjonowania oraz przeprowadzenia instruktażu trzech pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi.

I. Zestaw termoanemometrów - 30 szt.

Termoanemometr charakteryzujący się właściwościami:

1. typ czujnika prędkości: termoanemometryczny, wielokierunkowy,
2. zakresem pomiaru prędkości co najmniej: od 0,05 do 5 m/s z dokładnością: $\pm 0,02$ m/s $\pm 1.5\%$ wartości mierzonej,
3. zakresem pomiaru temperatury co najmniej: -10 do +50 °C z dokładnością $\pm 0,2$ °C wartości mierzonej,
4. czasem reakcji termoanemometru do pomiarów fluktuacji przepływu minimum 1Hz (czas reakcji określony jako graniczna częstotliwość przenoszenia fluktuacji),
5. kompensacją temperatury z dokładnością lepszą niż $\pm 0,1\%/K$, automatyczna,
6. zapewniający kompensację ciśnienia barometrycznego na wskazania termoanemometrów.
7. szybkością próbkowania: nie mniejszą niż 8 pomiarów na sekundę,
8. umożliwiający rejestrację on-line wyników pomiarowych na komputerze poprzez port USB,
9. umożliwiający opcjonalną rejestrację wyników pomiarowych na komputerze poprzez łączność radiową,
10. spełniający wymagania norm PN-EN ISO 7726:2002 Ergonomia środowiska termicznego - Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych (oryg.) oraz PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczenie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego (oryg.).

II. Zestaw termoanemometrów z wyposażeniem do badania rozplywu powietrza

1. Termoanemometr charakteryzujący się właściwościami opisanymi w części: „I Zestaw termoanemometrów - 30 szt.”,
2. Ilość termoanemometrów: 12 szt.
3. wyposażenie do badania rozplywu powietrza:
 - siatka o wymiarach 100 x 100cm (tolerancja ± 1 cm) do montażu termoanemometrów, zapewniająca co najmniej 100 punktów montażowych termoanemometrów w 10 rzędach po 10 punktów, zapewniająca równoczesny pomiar i rejestrację prędkości i temperatury powietrza, odchylenia standardowego i intensywności turbulencji przepływu powietrza oraz stopnia ryzyka przeciągu w 42 punktach pomiarowych,
 - siatka zamontowana w pozycji poziomej na wysięgniku,
 - wysięgnik umożliwiający regulację położenia siatki tj. zmianę wysokości jej położenia nad poziomem podłogi w zakresie od 1.5 do 2 m.; wysięgnik umożliwiający

swobodny dostęp i przebywanie człowieka w pozycji stojącej i siedzącej poniżej siatki pomiarowej,

- komputer sterujący termooanemometrami (netbook) o parametrach: procesor nie gorszy niż AMD E-450, minimalna pamięć RAM 3 GB, minimalny twardy dysk 320 GB, napęd DVD lub podobny, karta sieciowa, karta graficzna minimum 512 MB, z zainstalowanym licencjonowanym odpowiednim system operacyjnym Windows,
- oprogramowanie narzędziowe zintegrowane z termooanemometrami do akwizycji i analizy danych z termooanemometrów licencjonowane na okres 25 lat w obszarze eksploatacji termooanemometrów zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w instrukcji obsługi. Oprogramowanie działające pod systemem operacyjnym Windows 7 (64bit) umożliwiające wybranie: czasu uśredniania, okresu rejestracji i czasu trwania rejestracji.

III Warunki gwarancji do każdego z Zestawów opisanych w punktach: I i II, obejmujące, co najmniej:

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości **Zestawów**, ich należytnym, prawidłowym funkcjonowaniu i udziela Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania przez Komisję Protokołu Odbioru.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
3. Naprawy gwarancyjne będą świadczone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego nieodpłatnie o ile uszkodzenia nie nastąpiły z winy Zamawiającego. W przypadku konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego, koszty transportu **Zestawów/elementów Zestawu** do naprawy/kalibracji ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający może zgłaszać uszkodzenia prowadzącemu serwis gwarancyjny w dni robocze faksem na numer lub mailempodając opis uszkodzenia.
5. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej **Zestawów/elementów Zestawu** wynosi 10 dni roboczych. Czas naprawy gwarancyjnej nie obejmuje udokumentowanego czasu dostawy od Zamawiającego do producenta i czasu powrotu **Zestawów/elementów Zestawu** od producenta do Zamawiającego.
6. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy któregośkolwiek z **Zestawów/elementów Zestawu**, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, lub Wykonawca dostarczy **Zestaw/element Zestawu** zastępczy o równoważnych parametrach. W przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 21 dni, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dokona wymiany **Zestawów/elementów Zestawu** na inne fabrycznie nowe w terminie określonym w ust. 7.
7. Wykonawca w okresie gwarancji, w terminie do dwunastu tygodni od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania, dokona wymiany wadliwych **Zestawów/elementów Zestawu** na nowe, po trzech bezskutecznych naprawach.
8. W razie wymiany **Zestawów/elementów Zestawu** na nowe, okres gwarancji rozpoczyna swój bieg na nowo licząc od daty podpisania przez Komisję Protokołu Odbioru wymienionych **Zestawów/elementów Zestawu** bez zastrzeżeń.

9. Po każdej naprawie gwarancyjnej okres gwarancji ulega automatycznemu przesunięciu o czas trwania naprawy.
10. Wykonawca zapewnia odpłatny serwis pogwarancyjny na **Zestawy/elementy Zestawu** na życzenie Zamawiającego, w okresie siedmiu lat od daty upływu okresu gwarancji.
11. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 6 i/lub 7 Wykonawca nie wymieni **Zestawów/elementów Zestawu** na nowe w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi może odstąpić od umowy w terminie 14 dni i pozostawić **Zestawy/elementy Zestawu** do dyspozycji Wykonawcy (zwrot), a Wykonawca w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego pisma informującego go o odstąpieniu od umowy i o pozostawieniu **Zestawów/elementów Zestawu** do jego dyspozycji, zwróci Zamawiającemu wynagrodzenie brutto (całkowite) za **Zestawy/elementy Zestawu** oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

IV. Inne warunki dotyczące każdego Zestawu:

1. **Zestawy/elementy Zestawu** powinny posiadać odpowiednie zaświadczenia o zgodności z określonymi normami technicznymi i jakościowymi polskimi oraz Unii Europejskiej oraz normami dotyczącymi certyfikacji.
2. W cenie muszą być zawarte **wszystkie koszty** zamówienia: dostawy do siedziby CIOP – PIB w Warszawie, instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienia, sprawdzenia poprawności funkcjonowania **Zestawów**, przeprowadzenia instruktażu, gwarancji.

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający:
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY –
Państwowy Instytut Badawczy
Ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

| | | |
|--|--|----|
| Nazwa Wykonawcy: | | |
| Miejscowość: | | |
| Ulica: | | Nr |
| Kod pocztowy: | | |
| Tel. | | |
| Fax, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: | | |
| e-mail: | | |
| NIP: | | |
| REGON: | | |
| Osoba do kontaktów: | | |

Oferujemy realizację zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę fabrycznie nowych: zestawu termooanemometrów - 30 szt. oraz zestawu termooanemometrów z wyposażeniem, na warunkach określonych w SIWZ i zgodnie z jej treścią.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------------------------------|------------------|-------|------------|------------|-----------|-------------|
| Lp. | Przedmiot | Cena jedn. netto | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena brutto |
| 1) | Zestaw termooanemometrów - 30 | | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|-------|--|-------|--|--|
| | szt. | | | | | | |
| 2) | Zestaw termoa- nemo- metró- w (12 szt.) z wyposa- żeni- em | | 1 | | | | |
| RAZEM | ----- | | ----- | | ----- | | |

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę netto zł (słownie: zł) + podatek VAT%, tj. zł (słownie zł), razem brutto zł (słownie: zł).

I. Zestaw termoa- nemo- metró- w - 30 szt.

| Wymagane minimalne cechy i parametry termoa- nemo- metró- w | Parametry i cechy oferowanych termoa- nemo- metró- w: |
|---|--|
| 1. typ czujnika prędkości: termoa- nemo- metryczny, wielokierunkowy, | |
| 2. zakresem pomiaru prędkości co najmniej: od 0,05 do 5 m/s z dokładnością: $\pm 0,02\text{m/s}$ $\pm 1.5\%$ wartości mierzonej, | |
| 3. zakresem pomiaru temperatury co najmniej: -10 do +50 °C z dokładnością $\pm 0,2^\circ\text{C}$ wartości mierzonej, | |
| 4. czasem reakcji termoa- nemo- metru do pomiarów fluktuacji przepływu minimum 1Hz (czas reakcji określony jako graniczna częstotliwość przenoszenia fluktuacji), | |
| 5. kompensacją temperatury z dokładnością lepszą niż $\pm 0,1\%/K$, automatyczna, | |
| 6. zapewniający kompensację ciśnienia barometrycznego na | |

| | |
|---|--|
| wskazania termooanemometrów. | |
| 7. szybkością próbkowania: nie mniejszą niż 8 pomiarów na sekundę, | |
| 8. umożliwiającą rejestrację on-line wyników pomiarowych na komputerze poprzez port USB, | |
| 9. umożliwiającą opcjonalną rejestrację wyników pomiarowych na komputerze poprzez łączność radiową, | |
| 10. spełniający wymagania norm PN-EN ISO 7726:2002 Ergonomia środowiska termicznego - Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych (oryg.) oraz PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego (oryg.). | |

II. Zestaw termooanemometrów (12 szt.) z wyposażeniem do badania rozplywu powietrza

| Wymagane minimalne cechy i parametry termooanemometrów | Parametry i cechy oferowanych termooanemometrów: |
|--|---|
| 1. typ czujnika prędkości: termooanemometryczny, wielokierunkowy, | |
| 2. zakresem pomiaru prędkości co najmniej: od 0,05 do 5 m/s z dokładnością: $\pm 0,02\text{m/s}$ $\pm 1.5\%$ wartości mierzonej, | |
| 3. zakresem pomiaru temperatury co najmniej: -10 do +50 °C z dokładnością $\pm 0,2^\circ\text{C}$ wartości mierzonej, | |
| 4. czasem reakcji termooanemometru do pomiarów fluktuacji przepływu minimum 1Hz (czas reakcji określony jako graniczna częstotliwość przenoszenia fluktuacji), | |
| 5. kompensacją temperatury z dokładnością lepszą niż $\pm 0,1\%/K$, automatyczna, | |

| | |
|--|-------|
| 6. zapewniający kompensację ciśnienia barometrycznego na wskazania termoanemometrów. | |
| 7. szybkością próbkowania: nie mniejszą niż 8 pomiarów na sekundę, | |
| 8. umożliwiający rejestrację on-line wyników pomiarowych na komputerze poprzez port USB, | |
| 9. umożliwiający opcjonalną rejestrację wyników pomiarowych na komputerze poprzez łączność radiową, | |
| 10. spełniający wymagania norm PN-EN ISO 7726:2002 Ergonomia środowiska termicznego - Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych (oryg.) oraz PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego (oryg.). | |
| Wyposażenie do badania rozptyłu powietrza: | ----- |
| siatka o wymiarach 100 x 100cm (tolerancja ± 1 cm) do montażu termoanemometrów, zapewniająca co najmniej 100 punktów montażowych termoanemometrów w 10 rzędach po 10 punktów, zapewniająca równoczesny pomiar i rejestrację prędkości i temperatury powietrza, odchylenia standardowego i intensywności turbulencji przepływu powietrza oraz stopnia ryzyka przeciągu w 42 punktach pomiarowych, | |
| siatka zamontowana w pozycji poziomej na wysięgniku, | |
| wysięgnik umożliwiający regulację położenia siatki tj. zmianę wysokości jej położenia nad poziomem podłogi w zakresie od 1.5 do 2 m.; wysięgnik umożliwiający swobodny dostęp i przebywanie człowieka w pozycji stojącej i siedzącej poniżej siatki pomiarowej, | |

| | |
|---|--|
| komputer sterujący termooanemometrami (netbook) o parametrach: procesor nie gorszy niż AMD E-450, minimalna pamięć RAM 3 GB, minimalny twardy dysk 320 GB, napęd DVD lub podobny, karta sieciowa, karta graficzna minimum 512 MB, z zainstalowanym licencjonowanym odpowiednim system operacyjnym Windows, | |
| oprogramowanie narzędziowe zintegrowane z termooanemometrami do akwizycji i analizy danych z termooanemometrów licencjonowane na okres 25 lat w obszarze eksploatacji termooanemometrów zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w instrukcji obsługi. Oprogramowanie działające pod systemem operacyjnym Windows 7 (64bit) umożliwiające wybranie: czasu uśredniania, okresu rejestracji i czasu trwania rejestracji. | |

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
2. Zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;
3. Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
4. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres **30 dni**, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ.

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy (*podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy*):

-

-

Oferta została złożona na zapisanych stronach (*kolejno ponumerowanych*).

.....2012 r.

 Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych: zestawu termoanemometrów - 30 szt. oraz zestawu termoanemometrów z wyposażeniem oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....2012 r.

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych: zestawu termoanemometrów - 30 szt. oraz zestawu termoanemometrów z wyposażeniem, mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

.....2012 r.

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w dniu 2012 roku w Warszawie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym, adres siedziby: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS - 0000033480, posiadającym numer NIP: 525-000-82-70, reprezentowanym przez działających z upoważnienia Dyrektora przez:

..... -
 -

a

WYKONAWCĄ:, adres siedziby:, działającym na podstawie wpisu do prowadzonego przez pod Nr, którego kserokopia stanowi Załącznik nr 2 do umowy, NIP, reprezentowanym przez :

- -

o następującej treści :

§ 1

1. Na warunkach określonych w umowie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: fabrycznie nowe: zestaw termoanemometrów - 30 szt. oraz zestaw termoanemometrów z wyposażeniem wraz z uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności ich funkcjonowania oraz przeprowadzeniem instruktażu trzech pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi, zwane dalej „ZESTAWAMI”, o parametrach i cechach zgodnych z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do :

- 1) dostarczenia fabrycznie nowych i wolnych od wad ZESTAWÓW do siedziby Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 16, na własny koszt,
- 2) uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz sprawdzenia poprawności funkcjonowania ZESTAWÓW,
- 3) przeprowadzenia instruktażu dla trzech pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ZESTAWÓW,
- 4) wydania do ZESTAWÓW fabrycznej instrukcji obsługi w języku polskim oraz dokumentów gwarancji zapewniających serwis gwarancyjny na warunkach określonych w niniejszej umowie.

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 12 tygodni od jej podpisania.

§ 2

1. Odbiór przedmiotu umowy określonego w § 1 będzie potwierdzony Protokołem Odbioru, sporządzonym przez Komisję Odbioru, w składzie:

- ze strony Zamawiającego:

- ze strony Wykonawcy:

2. Protokół Odbioru musi zawierać:

1) opis ZESTAWÓW: firmę producenta, nazwę i rodzaj, numery fabryczne i inne występujące oznakowania,

2) miejsce i datę odbioru,

3) oświadczenie Komisji Odbioru, czy dostarczone ZESTAWY nie posiadają widocznych uszkodzeń, oraz czy jest zgodne ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy,

4) ocenę wykonania zobowiązań określonych w § 1 ust. 2 i 3,

5) datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz podpisy członków Komisji.

3. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy będą uznane za wykonane z chwilą podpisania przez Komisję, bez zastrzeżeń, ww. Protokołu Odbioru przedmiotu umowy.

§ 3

1. Za wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto: złotych (słownie: złotych), plus należny podatek VAT w wysokości % (tj. złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto złotych (słownie: złotych), a w tym za dostawę:

1) zestawu termooanemometrów - 30 sztuk - za cenę netto zł (słownie: zł), plus należny podatek VAT w wysokości % (tj. złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto złotych (słownie: złotych)

2) zestawu termooanemometrów (12 szt.) z wyposażeniem do badania rozplywu powietrza - za cenę netto zł (słownie: zł), plus należny podatek VAT w wysokości % (tj. złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto złotych (słownie: złotych).

2. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, zgodnie z § 2 ust. 3.

3. Zamawiający zapłaci fakturę VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

1. W razie naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o takim naruszeniu, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty z tytułu odstąpienia od umowy kary umownej w wysokości 40 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
2. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może:
 - a) potrącić z faktury Wykonawcy z tego tytułu karę umowną za okres opóźnienia w wysokości równej kwocie odsetek ustawowych liczonych od wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1,
 - b) jeżeli opóźnienie w realizacji umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający, niezależnie od pozostałych kar umownych z tytułu opóźnienia, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od tego przekroczenia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 40 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1.
3. Odpowiedzialność stron z tytułu niniejszej umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec.

§ 5

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości ZESTAWÓW, ich należyтым, prawidłowym funkcjonowaniu i udziela Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania przez Komisję Protokołu Odbioru.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
3. Naprawy gwarancyjne będą świadczone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego nieodpłatnie o ile uszkodzenia nie nastąpiły z winy Zamawiającego. W przypadku konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego, koszty transportu ZESTAWÓW/elementów ZESTAWU do naprawy/kalibracji ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający może zgłaszać uszkodzenia prowadzącemu serwis gwarancyjny w dni robocze faksem na numer lub mailempodając opis uszkodzenia.
5. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej ZESTAWÓW/elementów ZESTAWU wynosi 10 dni roboczych. Czas naprawy gwarancyjnej nie obejmuje udokumentowanego czasu dostawy od Zamawiającego do producenta i czasu powrotu ZESTAWÓW/elementów ZESTAWU od producenta do Zamawiającego.
6. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy któregokolwiek z ZESTAWÓW/elementów ZESTAWU o których mowa w ust. 5, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, lub Wykonawca dostarczy ZESTAW/element ZESTAWU zastępczy o równoważnych parametrach. W przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 21 dni, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dokona wymiany ZESTAWÓW/elementów ZESTAWU na inne fabrycznie nowe w terminie określonym w ust. 7.

7. Wykonawca w okresie gwarancji, w terminie do dwunastu tygodni od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania, dokona wymiany wadliwych ZESTAWÓW/elementów ZESTAWU na nowe, po trzech bezskutecznych naprawach.
8. W razie wymiany ZESTAWÓW/elementów ZESTAWU na nowe, okres gwarancji rozpoczyna swój bieg na nowo licząc od daty podpisania przez Komisję Protokołu Odbioru wymienionych ZESTAWÓW/elementów ZESTAWU bez zastrzeżeń.
9. Po każdej naprawie gwarancyjnej okres gwarancji ulega automatycznemu przesunięciu o czas trwania naprawy.
10. Wykonawca zapewnia odpłatny serwis pogwarancyjny na ZESTAWY/elementy ZESTAWU na życzenie Zamawiającego, w okresie siedmiu lat od daty upływu okresu gwarancji.
11. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 6 i/lub 7 Wykonawca nie wymieni ZESTAWÓW/elementów ZESTAWU na nowe w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi może odstąpić od umowy w terminie 14 dni i pozostawić ZESTAWY/elementy ZESTAWU do dyspozycji Wykonawcy (zwrot), a Wykonawca w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego pisma informującego go o odstąpieniu od umowy i o pozostawieniu ZESTAWÓW/elementów ZESTAWU do jego dyspozycji, zwróci Zamawiającemu wynagrodzenie brutto (całkowite) za ZESTAWY/elementy ZESTAWU oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie, jednak w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część umowy stanowią:
 - Załącznik nr 1 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 - Załącznik nr 2 - kserokopia odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik numer 1 do umowy zawartej w dniu 2012 roku

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym, adres siedziby: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla

m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS - 0000033480, posiadającym numer NIP: 525-000-82-70, reprezentowanym przez działających z upoważnienia Dyrektora:

..... -

..... -

a

WYKONAWCĄ:, adres siedziby:, działającym na podstawie wpisu do prowadzonego przez pod Nr, którego kserokopia stanowi Załącznik nr 2 do umowy, NIP, reprezentowanym przez :

- -

- -

Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych: zestawu termoanemometrów - 30 szt. oraz zestawu termoanemometrów z wyposażeniem do badania rozplywu powietrza o parametrach i cechach określonych poniżej wraz z ich uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności funkcjonowania oraz przeprowadzenia instruktażu trzech pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi.

I. Zestaw termoanemometrów - 30 szt.

Termoanemometr charakteryzujący się właściwościami:

1. typ czujnika prędkości: termoanemometryczny, wielokierunkowy,
2. zakresem pomiaru prędkości co najmniej: od 0,05 do 5 m/s z dokładnością: $\pm 0,02 \text{ m/s} \pm 1.5\%$ wartości mierzonej,
3. zakresem pomiaru temperatury co najmniej: -10 do +50 °C z dokładnością $\pm 0,2^\circ \text{C}$ wartości mierzonej,
4. czasem reakcji termoanemometru do pomiarów fluktuacji przepływu minimum 1Hz (czas reakcji określony jako graniczna częstotliwość przenoszenia fluktuacji),
5. kompensacją temperatury z dokładnością lepszą niż $\pm 0,1\%/K$, automatyczna,
6. zapewniający kompensację ciśnienia barometrycznego na wskazania termoanemometrów.
7. szybkością próbkowania: nie mniejszą niż 8 pomiarów na sekundę,

8. umożliwiający rejestrację on-line wyników pomiarowych na komputerze poprzez port USB,
9. umożliwiający opcjonalną rejestrację wyników pomiarowych na komputerze poprzez łączność radiową,
10. spełniający wymagania norm PN-EN ISO 7726:2002 Ergonomia środowiska termicznego - Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych (oryg.) oraz PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego (oryg.).

II Zestaw termooanemometrów z wyposażeniem do badania rozplywu powietrza

1. Termooanemometr charakteryzujący się właściwościami opisanymi w części: „I Zestaw termooanemometrów - 30 szt.”,
2. Ilość termooanemometrów: 12 szt.
3. wyposażenie do badania rozplywu powietrza:
 - siatka o wymiarach 100 x 100cm (tolerancja ± 1 cm) do montażu termooanemometrów, zapewniająca co najmniej 100 punktów montażowych termooanemometrów w 10 rzędach po 10 punktów, zapewniająca równoczesny pomiar i rejestrację prędkości i temperatury powietrza, odchylenia standardowego i intensywności turbulencji przepływu powietrza oraz stopnia ryzyka przeciągu w 42 punktach pomiarowych,
 - siatka zamontowana w pozycji poziomej na wysięgniku,
 - wysięgnik umożliwiający regulację położenia siatki tj. zmianę wysokości jej położenia nad poziomem podłogi w zakresie od 1.5 do 2 m.; wysięgnik umożliwiający swobodny dostęp i przebywanie człowieka w pozycji stojącej i siedzącej poniżej siatki pomiarowej,
 - komputer sterujący termooanemometrami (netbook) o parametrach: procesor nie gorszy niż AMD E-450, minimalna pamięć RAM 3 GB, minimalny twardy dysk 320 GB, napęd DVD lub podobny, karta sieciowa, karta graficzna minimum 512 MB, z zainstalowanym licencjonowanym odpowiednim system operacyjnym Windows,
 - oprogramowanie narzędziowe zintegrowane z termooanemometrami do akwizycji i analizy danych z termooanemometrów licencjonowane na okres 25 lat w obszarze eksploatacji termooanemometrów zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w instrukcji obsługi. Oprogramowanie działające pod systemem operacyjnym Windows 7 (64bit) umożliwiające wybranie: czasu uśredniania, okresu rejestracji i czasu trwania rejestracji.

III Warunki gwarancji do każdego z Zestawów z punktów: I i II obejmujące co najmniej

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości **Zestawów**, ich należyтым, prawidłowym funkcjonowaniu i udziela Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania przez Komisję Protokołu Odbioru.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

12. Naprawy gwarancyjne będą świadczone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego nieodpłatnie o ile uszkodzenia nie nastąpiły z winy Zamawiającego. W przypadku konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego, koszty transportu **Zestawów/elementów Zestawu** do naprawy/kalibracji ponosi Wykonawca.
13. Zamawiający może zgłaszać uszkodzenia prowadzącemu serwis gwarancyjny w dni robocze faksem na numer lub mailempodając opis uszkodzenia.
14. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej **Zestawów/elementów Zestawu** wynosi 10 dni roboczych. Czas naprawy gwarancyjnej nie obejmuje udokumentowanego czasu dostawy od Zamawiającego do producenta i czasu powrotu **Zestawów/elementów Zestawu** od producenta do Zamawiającego.
15. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy któregośkolwiek z **Zestawów/elementów Zestawu**, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, lub Wykonawca dostarczy **Zestaw/element Zestawu** zastępczy o równoważnych parametrach. W przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 21 dni, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dokona wymiany **Zestawów/elementów Zestawu** na inne fabrycznie nowe w terminie określonym w ust. 7.
16. Wykonawca w okresie gwarancji, w terminie do dwunastu tygodni od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania, dokona wymiany wadliwego **Zestawów/elementów Zestawu** na nowe, po trzech bezskutecznych naprawach.
17. W razie wymiany **Zestawów/elementów Zestawu** na nowe, okres gwarancji rozpoczyna swój bieg na nowo licząc od daty podpisania przez Komisję Protokołu Odbioru wymienionych **Zestawów/elementów Zestawu** bez zastrzeżeń.
18. Po każdej naprawie gwarancyjnej okres gwarancji ulega automatycznemu przesunięciu o czas trwania naprawy.
19. Wykonawca zapewnia odpłatny serwis pogwarancyjny na **Zestawy/elementy Zestawu** na życzenie Zamawiającego, w okresie siedmiu lat od daty upływu okresu gwarancji.
20. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 6 i/lub 7 Wykonawca nie wymieni **Zestawów/elementów Zestawu** na nowe w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi może odstąpić od umowy w terminie 14 dni i pozostawić **Zestawy/elementy Zestawu** do dyspozycji Wykonawcy (zwrot), a Wykonawca w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego pisma informującego go o odstąpieniu od umowy i o

pozostawieniu **Zestawów/elementów Zestawu** do jego dyspozycji, zwróci Zamawiającemu wynagrodzenie brutto (całkowite) za **Zestawy/elementy Zestawu** oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

IV. Inne warunki do każdego z Urzędzeń

1. **Zestawy/elementy Zestawu** powinny posiadać odpowiednie zaświadczenia o zgodności z określonymi normami technicznymi i jakościowymi polskimi oraz Unii Europejskiej oraz normami dotyczącymi certyfikacji.
2. W cenie zawarte są **wszystkie koszty** zamówienia: dostawy do siedziby CIOP – PIBw Warszawie, instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienia, sprawdzenia poprawności funkcjonowania **Zestawów**, przeprowadzenia instruktażu, gwarancji.