



Warszawa, dnia 6.08.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę przetworników różnicy ciśnień (4 szt.)

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. (22) 623-46-20
e-mail: dogrz@ciop.pl
adres strony internetowej: www.ciop.pl – BIP – zapytania ofertowe

2. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 14 września 2015 r.

3. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zapłaci fakturę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia Zamawiającemu urządzenia wraz z prawidłowo wystawioną fakturą. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania **czterech fabrycznie nowych przetworników różnicy ciśnień** w budynku laboratoryjnym pod nazwą „Centrum Badań i Rozwoju Techniki Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (TECH-SAFE-BIO)” CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie oraz przeprowadzenie instruktażu użytkownika ww. przetworników różnicy ciśnień dla pięciu pracowników Zamawiającego (łącznie 2 godziny instruktażu).

Podane poniżej parametry i cechy przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować przedmiot o wyższych parametrach technicznych, lecz nie gorszych, od wymaganych przez Zamawiającego.



Przetworniki różnicy ciśnień o minimalnych podstawowych wymaganiach przedstawionych poniżej

LP.	Minimalne podstawowe wymagania
1	Przetworniki różnicy ciśnień umożliwiające pomiar różnicy ciśnień w danych nominalnych zakresach: a) od -1,0 kPa do +1,0 kPa (1 sztuka) b) od -2,5 kPa do +2,5 kPa (2 sztuki) c) od -5,0 kPa do +5,0 kPa (1 sztuka)
2	Wymaga się, by Przetworniki: a) były przystosowane do zasilania z sieci energetycznej 230 VAC (wymaga się, by przetworniki posiadały podłączone 2 metrowe przewody zasilające) b) miały dokładność nie gorszą niż 0,6% w odniesieniu do zakresu pomiarowego c) miały czas odpowiedzi, nie więcej niż 25 ms d) posiadały wyświetlacz LCD co najmniej 3 cyfrowy wyświetlający mierzonego ciśnienia w minimum następujących Pa, hPa, kPa, mbar, mmH ₂ O, mmHg e) posiadał klawisze sterujące ustawieniami przetwornika f) posiadały interfejs USB wraz z kablem USB g) posiadały przyłącza ciśnieniowe na przewód Φ 6mm h) posiadały możliwość redukcji zakresu nominalnego w przedziale (10÷100)% i) posiadały możliwość ustawienia rodzaju sygnału wyjściowego (4mA-20 mA, 0mA-20 mA, -5V/+5V, 0V-10V)
3	Wymaga się by do przetworników dostarczono oprogramowanie umożliwiające: a) konfigurację ustawień przetwornika, b) wykorzystanie interfejsu USB, c) zapisywanie pomiarów ciśnienia, d) Tworzenie wykresów zmiany ciśnienia na podstawie zapisywanych danych
4	Wymaga się, by przetworniki posiadały certyfikat fabrycznego kalibrowania w co najmniej 10 punktach pomiarowych.

II Warunki dodatkowe

1. W cenie zawarte będą wszystkie koszty zamówienia: dostawy do budynku laboratoryjnego pod nazwą „Centrum Badań i Rozwoju Techniki Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (TECH-SAFE-BIO)” CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie oraz udzielenia gwarancji na okres minimum 12 miesięcy,
2. Wymagana instrukcja obsługi w formie papierowej lub elektronicznej na dowolnym nośniku.



5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony do budynku laboratoryjnego pod nazwą „Centrum Badań i Rozwoju Techniki Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (TECH-SAFE-BIO)” CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie w terminie od dnia podpisania umowy do 14 września 2015 r.

6. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA PRZETWORNIKI RÓŻNICY CIŚNIEŃ” do dnia 10.08.2015 do godziny **14:00**. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wszystkie oferty otrzymane po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający niezwłocznie zawrze umowę z wybranym wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę.

lp.	Kryterium zasadnicze	Opis	Waga – udział w ocenie
1	Cena	Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę	100

9. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznane liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie według następującej zasady:



Liczba punktów = $\frac{\text{Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 100$

10. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy