

CIOP PIB

Warszawa, dnia 03.06.2019 r.

TA/ZP-10/2019

Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w Łodzi

Zamówienie publiczne realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu numer RPLD.01.01.00-10-0002/17-00 w ramach osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Budowa laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania

WYJAŚNIENIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje następującą informację w związku z pytaniem złożonym w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1 - W związku z prowadzonym postępowaniem nr TA/ZP - 10/2019 pn. Dostawa urządzeń do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w Łodzi, wnosimy zapytanie, czy za równoważny uznacie Państwo produkt który posiada wybrane parametry inne od preferowanych:

Wzmacniacz: Umożliwiający 32 kanałową rejestrację EEG. Bez możliwości montażu na głowie (możliwość montażu np. na klatce piersiowej lub pasie). Bez wbudowanego czytnika kart SD.

Oprogramowanie: Bez możliwości automatycznego uśredniania iglic sygnału EEG

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

1. Wzmacniacz umożliwiający 32 kanałową rejestrację danych spełnia wymagania specyfikacji zamawianego urządzenia
2. Mocowanie wzmacniacza na klatce piersiowej spełnia wymagania specyfikacji zamawianego urządzenia
3. Brak czytnika kart SD nie spełnia wymagania specyfikacji zamawianego urządzenia
4. Oprogramowanie bez możliwości automatycznego uśredniania iglic sygnału EEG nie spełnia wymagania specyfikacji zamawianego urządzenia. Taka wersja oprogramowania w sposób istotny obniża funkcjonalność urządzenia założoną w projekcie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Mirosław Flejmer